



Teszterhez tabletta – DPD N°1 Rapid – klór/bróm szint mérő

Description

A medence tulajdonosok számára a legnagyobb felelősséget és precizitást a víz fertőtlenítése jelenti. A medencevízben mindig kell, hogy legyen előírt mennyiségű fertőtlenítőszer. Ez akadályozza meg a baktériumok, vírusok, algák elszaporodását, ezért ügyeljen a rendszeres fertőtlenítőszer koncentráció ellenőrzésére.

A szabad aktív klórszint ajánlott értéke a medencevízben 0,5-1,0 mg/l.

Hosszan eltartható, gyártástól számított 10 év a szavatossági ideje.